



Trzebnica, dnia 19.05.2016 r.

ODPOWIEDZI nr 2
na zapytania dotyczące treści SIWZ

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego **na Dostawę implantów, endoprotez oraz elementów ortopedycznych (Nr sprawy: ZP/12/2016)**, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

1. Pakiet 3. System do leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu.

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 3 taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (TOT, TVT), wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, taśma o wymiarach: długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, taśma w plastikowej osłonce + system przewodnic wielokrotnego użytku, ze stali chirurgicznej, nierdzewnej, igły helikalne, do przejścia przez otwory zasłonowe metodą „inside-out”, system bez dodatkowej przewodnicy o regulowanej długości.

Jeżeli Zamawiający sobie życzy to możemy zaoferować komplet składający się z taśmy oraz dwóch igieł helikalnych wielorazowego użytku (igły zostaną wówczas wliczone do ceny zestawu). W przypadku dopuszczenia prosimy o sprecyzowanie odpowiedzi.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3:

• 30 szt. systemów, sterylna mini-taśma, z monofilamentowego, polipropylenu, wzmocniona, zakończona wąską końcówką w celu samozaczeplenia się w tkankach, o parametrach: długość 6,6 cm, szerokość 1,1 cm,

W części środkowej	Na końcach
grubość taśmy	
0,33 mm	0,54 mm
porowatość	
1000 µm	698 µm
gramatura	
48 g/m ²	175 g/m ² ?

Bez specjalnego narzędzia do implantacji, bez przewodnicy.

Taśma jest przeznaczona do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (SUI) typu I i II u kobiet z dostępu przedzasłonowego z pojedynczego nacięcia.

Uzasadnienie. Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający, w pakiecie nr 1 dopuszcza zaoferowanie:

Poz 1

trzcień modułarny ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w opcji standard, coxa vara i high offset; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, porowaty na całej długości i na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155µm); długość trzcienia od 115mm do 190mm



i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm. Dla typu Coxa Vara ze 125' kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości. Trzpień posiada na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotną stabilizację. Szyjka polerowana, spłaszczona w płaszczyźnie A/P. W opcji trzpień dysplastyczny w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej

poz 2

panewki hemisferycznej, bezcementowej typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych, wkładek w całości metalowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-70mm ze skokiem co 2mm w opcji z panewka 38-46 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru)

poz 4

wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28mm w rozmiarach 44-66 neutralna oraz z okapem w rozmiarach 48-66, o średnicy wewn. 32 neutralna i z reorientacją dziesięciostopniową 52-66 oraz o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 52-66mm neutralna oraz z dziesięciostopniową reorientacją

poz 6

Głowa metalowa w zakresie 36-40mm w 3 długościach szyjki

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Wykonawca może złożyć ofertę oferując produkty opisane w poszczególnych pozycjach formularza asortymento – cenowego lub opisany przez wykonawcę w treści pytania nr 3.

4. **do pakietu nr 3.** Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących parametrach:
Taśma podcewkowa TOT-System do operacyjnego leczenia nie trzymania moczu u kobiet .
Parametry:
- 1) System jednorazowy
 - 2) Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłaniałna taśma: szerokość - 1,3 cm, grubość – 0,40 mm, gramatura - 62g/m²
 - 3) Laserowo zgrzewane brzegi taśmy .
 - 4) System 2 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,25 mm i 4 mm z tzw. pamięcią powrotną.
 - 5) Nie traumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy.
 - 6) Implantacja z dostępu przez otwory zasłonięte, out-in oraz in -out .

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Ponadto Zamawiający wskazuje:

- ✓ w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić pod formularzem asortymentowo-cenowym w danym pakiecie do którego przystępuje Wykonawca odpowiednią adnotację,
- ✓ niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

Z poważaniem

SPZOZ Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy
p.o. Dyrektora
Mariusz Misiuna