



SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY

ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica

Tel. 71 312-09-20 Fax. 71 312-14-98

E-mail: sekretariat@szpital-trzebnica.pl

NIP: 915-15-23-806 REGON: 000308761 KRS: 0000033125

www.szpital-trzebnica.pl

Trzebnica, dnia 04.04.2017 r.

**ODPOWIEDZI nr 1
na zapytania dotyczące treści SIWZ**

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na *Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (Nr sprawy: ZP/4/2017)*, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na worki do laparoskopii o pojemności 400ml, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakiet nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na worki do laparoskopii o pojemności 800ml i w rozmiarze 16cm x 20cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakiet nr 1

Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w pakiecie nr 1 poniższego rozwiązania:

Pakiet nr 1. Laparoscopia (sterylna)	
Poz. 1	Worek do laparoskopii typu ENDOBAG 250 ml/10mm Automatyczna prowadnica o średnicy trzonu 10mm pełna metalowa rozkładana obręcz o średnicy otworu wejściowego około 6 cm. Całkowita długość endobaga w wersji zamkniętej około 52 cm, a w wersji gotowej do pracy około 47 cm. Uchwyt z trzema oczkami na palce ułatwiające manipulowanie. Podwójne dno worka. Worek nie odrywa się tylko ześlizguje z prowadnicy Rozmiar 10x90x145mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.



SZPITAL

CERTYFIKAT 2015/59

AKREDYTOWANY

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakiet nr 1

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poniższego rozwiązania:

Pakiet nr 1. Laparoscopia (sterylna)	
Poz. 2	Worek do laparoskopii typu ENDOBAG 600 ml/10mm Automatyczna prowadnica o średnicy trzonu 10mm pełna metalowa rozkładana obręcz . Całkowita długość endobaga w wersji zamkniętej około 52 cm, a w wersji gotowej do pracy około 47 cm. Uchwyt z trzema oczkami na palce ułatwiające manipulowanie. Podwójne dno worka. Worek nie odrywa się tylko ześlizguje z prowadnicy. Rozmiar 10x130x180mm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści: kaniule bez portu bocznego z niezdejmowalnym elementem ułatwiającym wkłucie, z cewnikiem z 3 paskami RTG, wykonane z poliuretanu lub teflonu , rozmiary: 24G – 0,74 x 19mm, 26G – 0.64 x 19mm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści: kaniule wykonane z poliuretanu, w rozmiarach:

- 22G - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
- 20G - dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
- 18G - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min
- 18G - dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
- 17G - dł. 45mm; przepływ 155 ml/min
- 16G - dł. 45mm; przepływ 225 ml/min ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakiet nr 19

Czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dopuści ostrza chirurgiczne w rozmiarach nr 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36 przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakiet nr 8 poz. 1-7

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylna powinny być w pełni zgodne z obowiązującą dla kaniul dożylnych normą PN-EN 10555-5 „Jałowe cewniki wewnętrzznacyniowe do jednorazowego użytku”. W wypadku odpowiedzi odmownej prosimy, o uzasadnienie, mając na względzie brzmienie art. 30 Ustawy PZP.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakiet nr 8 poz. 1-7

Prosimy o doprecyzowanie, czy mając na uwadze Art. 30 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 233, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), mówiącym o tym, iż cyt. „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy”, oferowane kaniule dożyłne, zgodnie z pkt. 4.2 obowiązującej normy PN-EN ISO 10555-5 „Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku”, powinny być wykrywalne radiologicznie, a jeżeli tak, to czy oferowane kaniule powinny posiadać paski kontrastujące w promieniach RTG lub inne wskazane przez Zamawiającego czytniki RTG, tak jak np. w kaniulach światowych liderów w ich produkcji firm B/Braun /Niemcy/ czy Becton-Dickinson /USA/ ?

Odpowiedź: Tak, zaoferowane kaniule powinny być wykrywalne radiologicznie i posiadać paski kontrastujące w promieniach RTG lub inne wskazane przez Zamawiającego czytniki RTG.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakiet nr 8 poz. 1-7

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na kaniule dożyłne, których rozmiary średnicy zewnętrznej cewnika wyrażone są w międzynarodowych jednostkach Gauge, których dokładna konwersja na milimetry nie jest możliwa ze względu na obowiązujące przy przeliczeniach przybliżenia i dopuszcza tolerancję +/- 0.1mm, zgodnie z PN-EN ISO 10555-5, która ustanawia równoważne rozmiary średnic w milimetrach, odpowiadające temu samemu rozmiarowi w Gauge'ach ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakiet nr 8 poz. 1-7

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożyłne powinny posiadać minimum jedno z następujących oznaczeń: nr kat., nr serii, logo producenta, nazwa własna kaniuli - oznaczone na samej kaniuli dożyłnej, a wszystkie z wymienionych oznaczeń, na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym ? W wypadku odpowiedzi odmownej prosimy o informację na jakiej podstawie zamawiający dokona skutecznego i wiarygodnego zgłoszenia ewentualnego wystąpienia incydentu medycznego w oparciu o Art. 74 Ustawy o wyrobach medycznych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakiet nr 8 poz. 1-7

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na kaniule dożyłne charakteryzujące się wyższymi od wskazanych tak precyzyjnie w siwz przepływami, wyrażonymi w ml/min, zgodnymi z wymogami zawartymi w pkt. 4.4.5 normy PN-EN ISO 10555-5 „Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku”, europejskiego lidera w produkcji kaniul dożylnych, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

W wypadku odpowiedzi odmownej prosimy, o merytoryczne uzasadnienie, mając na względzie fakt, iż wyższe przepływy stanowią o korzystniejszych możliwościach terapeutycznych i w zależności od potrzeb klinicznych - umożliwiają szybsze (niż przy

mniejszych przepływach) bezpieczne przeprowadzenie zalecanej terapii dożylniej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 – dotyczy Pakiet nr 8 poz. 1-7

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane kaniule dożylnie powinny charakteryzować się barwnym oznaczeniem przynajmniej skrzydełek mocujących oraz korka portu bocznego, zgodnym z międzynarodowym kodem rozmiarów i standardami opisanymi w pkt. 4.4.1. PN-EN 10555-5 „Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku. Część 5: Cewniki wprowadzane na igle”, ułatwiającym natychmiastową identyfikację rozmiaru, także w sytuacjach nagłych ?

Odpowiedź: Tak, zaoferowane kaniule dożylnie powinny charakteryzować się barwnym oznaczeniem przynajmniej skrzydełek mocujących oraz korka portu bocznego.

Pytanie nr 14 – dotyczy Pakiet nr 8 poz. 1-7

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na kaniule dożylnie charakteryzujące się poniższymi długościami: 22G – dł. 25mm; 20G – dł. 32-33mm; 18G – dł. 45 i 32-33mm; 17G – dł. 45mm; 14G – dł. 45-50mm; 16G – dł. 45-50mm, jednego z europejskich liderów w produkcji kaniul dożylnych, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz. Wnioskowana tolerancja w długości nie ma negatywnego wpływu na procedurę kaniulacji, jest zgodna z zapisami PN-EN 10555-5, a ponadto umożliwia złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 – dotyczy Pakiet nr 8 poz. 1-7

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane kaniule dożylnie ze względu na wymaganą aseptykę użytkowania powinny posiadać koreczki zabezpieczające luer-lock z trzpieniem zamykającym światło kaniul położonym poniżej własnej krawędzi ?

Odpowiedź: Tak, zaoferowane kaniule dożylnie ze względu na wymaganą aseptykę użytkowania powinny posiadać koreczki zabezpieczające luer-lock z trzpieniem zamykającym światło kaniul położonym poniżej własnej krawędzi.

Pytanie nr 16 – dotyczy Pakiet nr 8 poz. 1-7

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na kaniule dożylnie wykonane z równoważnego do PTFE kopolimeru fluorowego, należącego do tej samej grupy teflonów, co wskazany w siwz materiał lub ze znacznie bardziej biokompatybilnego i przyjaznego tkankom niż opisany PTFE - poliuretanu, z którego wytwarzanych jest obecnie większość kaniul dożylnych obecnych na rynku UE i RP, jednego z europejskich liderów w produkcji kaniul dożylnych, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 – dotyczy Pakiet nr 8 poz. 1-7

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane kaniule dożylnie powinny posiadać profilowane,

perforowane skrzydełka umożliwiające bezpieczną i wygodną dla pacjenta stabilizację wklucia obwodowego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 18 – dotyczy Pakiet nr 8 poz. 1-7

Prosimy o doprecyzowanie, czy w związku z obowiązkiem wdrożenia w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej od 11 maja 2013r. - Dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010r. - w sprawie wykonania umowy ramowej, dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU - oferowane kaniule dożylnie powinny posiadać konstrukcję typu bezpiecznego z mechanizmem zabezpieczającym przed zranieniem czy zakłuciem po wykonanej procedurze ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 19 – dotyczy Pakiet nr 8 poz. 1-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z PTFE, z 4 inkorporowanymi w materiał paskami RTG, spełniających wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia o następujących rozmiarach i przepływach :

- 22G/0,9x25mm, przepływ 36ml/min
- 20G/1,1x32mm, przepływ 60ml/min
- 18G/1,3x45mm lub 32mm, przepływ 90ml/min
- 17G/1,5x45mm, przepływ 125ml/min
- 16G/1,7x45mm, przepływ 180ml/min
- 14G/2,1x45mm, przepływ 240ml/min

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 – dotyczy Pakiet nr 8 poz. 1-7

Czy w celu maksymalizacji bezpieczeństwa pacjentów Zamawiający wymaga aby kaniule posiadały 4 paski kontrastujące zapewniające doskonałą widoczność kaniuli w RTG ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 21 – dotyczy Pakiet nr 12 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika z prowadnicą w rozmiarze 8F o długości 90cm lub 125cm. Do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 – dotyczy Pakiet nr 12 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika z prowadnicą w rozmiarze 10F o długości 125cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 – dotyczy Pakiet nr 12 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika z prowadnicą w rozmiarze 12F o długości 125cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 – dotyczy Pakiet nr 40 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do znieczulenia „igła w igłę” w rozmiarze 18Gx118mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 – dotyczy Pakiet nr 40 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do znieczuleń zewnątrzoponowych w rozmiarze 19G

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 – dotyczy Pakiet nr 48

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie łyżek do laryngoskopów mikrobiologicznie czystych, z zachowaniem pozostałych opisanych parametrów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 – dotyczy Załącznika nr 7 – wzór umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę §6 ust. 5 wzoru umowy na: *„W przypadku stwierdzenia, że dostarczone towary nie odpowiadają wymaganiom jakościowym wskazanym w § 2 ust.1 niniejszej umowy oraz w treści SIWZ lub posiadają ukryte wady, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na wywiązanie się z umowy, może od umowy odstąpić, naliczając jednocześnie karę umowną w oparciu o § 9 niniejszej umowy.”*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28 – dotyczy Załącznika nr 7 – wzór umowy

Prosimy o modyfikację § 9 ust. 2 wzoru umowy na: *„Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29 – dotyczy Załącznika nr 7 – wzór umowy

Wnosimy o zmianę §13 ust. 2 wzoru umowy na: *„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz.*

654). W przypadku niewiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące."

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30 – dotyczy Załącznika nr 7 – wzór umowy

Wnosimy o zmianę §13 ust. 2 wzoru umowy na: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku niewiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące."

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31 – dotyczy Pakiet nr 7 poz. 1, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie kaniul do żył obwodowych dla noworodków i dzieci wykonanej z FEP, widocznej w USG I RTG. Zarówno FEP=teflon jak i PTFE= teflon. Proponowany przez Państwa opis wskazuje tylko jednego producenta kaniul co nie daje możliwości złożenia korzystnej oferty jakościowej i cenowej innym producentom.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32 – dotyczy Pakiet nr 8 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji knuli w rozmiarze 2,05 x 45 mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33 – dotyczy Pakiet nr 8 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 31 zestawu do podawania diet dojelitowych uniwersalny do opakowań typu EasyBag, Pack, butelka przez pompę Amika długości 200 cm z wymienną końcówką, komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podawania leków, łącznikiem do zgłębników typu Amika pump Set VarioLine, universal?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34 – dotyczy Pakiet nr 11 poz. 4

W związku z zaprzestaniem produkcji przedmiotu opisanego w pakiecie 11, poz. 4, czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie tej pozycji z pakietu 11?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy dla pakietu nr 11.

Pytanie nr 35 – dotyczy Pakiet nr 10 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie równoważnych wkłuc centralnych firmy Balton o długości 10-20cm, pozostałe wymogi zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 36 – dotyczy Pakiet nr 10 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie równoważnych wkłuc centralnych firmy Balton o długości 15-20cm, pozostałe wymogi zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37 – dotyczy Pakiet nr 10 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie równoważnych wkłuc centralnych firmy Balton o długości 10-15cm, pozostałe wymogi zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 38 – dotyczy Pakiet nr 10 poz. 12

Prosimy o dopuszczenie równoważnych wkłuc centralnych firmy Balton o długości 10-20cm, pozostałe wymogi zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 39 – dotyczy Pakiet nr 16 poz. 1

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający opisując cyt. „cewnik 12, bez balonu” miał na myśli cewnik bez balonu typu pigtail w rozmiarze 12F i długości 45cm lub innej wskazanej przez Zamawiającego - tak jak np. w tego typu zestawach firmy Balton lub innych równoważnych.

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający opisując cyt. „kateter do przekłucia 12mm” nie pomylił się i chodzi o igłę do przekłucia /rozrywalną/ w rozmiarze 12F/120mm w pełni kompatybilna do cewnika drenującego 12F - tak jak np. w tego typu zestawach firmy Balton lub innych równoważnych.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, iż w Pakiecie 16 poz. 1 należy zaoferować zestaw do drenażu nadłonowego: cewnik 12, bez balonu w rozmiarze 12F i długości min. 45 cm, igła do przekłucia, rozrywalna w rozmiarze 12F/120mm.

Pytanie nr 40 – dotyczy Pakiet nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z otworami umieszczonymi naprzeciwlegle?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 41 – dotyczy Pakiet nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu aby cewniki do odsysania nie posiadały ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42 – dotyczy Pakiet nr 8 poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z wysokiej jakości FEP (kopolimer tetrafluoroetylenu z heksafluoropropylenem)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43 – dotyczy Pakiet nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule 22G/0,9*25mm, przepływ 33ml/min?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44 – dotyczy Pakiet nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule 20G/1,1*32mm, przepływ 62ml/min?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45 – dotyczy Pakiet nr 8 poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści kaniule 18G/1,3*45mm, przepływ 95ml/min?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 – dotyczy Pakiet nr 8 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kaniule 17G/1,5*45mm, przepływ 140ml/min?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47 – dotyczy Pakiet nr 8 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kaniule 14G/2,1*45mm, przepływ 300ml/min?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48 – dotyczy Pakiet nr 8 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kaniule 16G/1,7*45mm, przepływ 200ml/min?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49 – dotyczy Pakiet nr 22 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do drenażu 250ml harmonijkowy skalowany co 40ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50 – dotyczy Pakiet nr 32 poz. 1


Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z rurą o długości 160cm bez portu do kapnografii, workiem o poj. 3L, z dodatkową rurą o długości 1m?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

Z poważaniem


Z-ca/Dyrektora
d/s/leczenia
lek. Paweł Orzechowski

Pakiet nr 11. Żywnienie pozajelitowe (sterylne)

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) do 26.09.2017r.	Cena jedn. netto za 1 szt.	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1.	Przyrząd do żywienia, zestaw PEG	CH18*40	35						
2.	Przyrząd do żywienia, zestaw PEG	CH14*40	4						
3.	Przyrząd do żywienia, zestaw PEG	CH 10*40	1						
4.	G- tube gastrostomia balonikowa	18	10						
				Razem wartość pakietu:					

.....
podpis