



SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY

ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica

Tel. 71 312-09-20 Fax. 71 312-14-98

E-mail: sekretariat@szpital-trzebnica.pl

NIP: 915-15-23-806 REGON: 000308761 KRS: 0000033125

www.szpital-trzebnica.pl

Trzebnica, dnia 05.04.2017 r.

ODPOWIEDZI nr 2
na zapytania dotyczące treści SIWZ

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na *Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (Nr sprawy: ZP/4/2017)*, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakiet nr 4 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy oczekuje aby wewnętrzna część lejka była karbowana?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakiet nr 7 poz. 1

Prosimy o sprecyzowanie czy kaniula ma być pakowana, w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu??

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakiet nr 8 poz. 1-7

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy igły mają być pakowane w TYVEC, opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakiet nr 8 poz. 1-7

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wymaga dostawy kaniuli do żył obwodowych ze skrzydełkami, z portem iniecyjnym do podawania bolusów ze standardowym koreczkiem dociskany w celu zamknięcia, wykonana z termoplastycznego PTFE, bez lateksu, bez PVC, widoczna w USG, o wysokim współczynniku penetracji /ostrości/, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi podczas wkłucia, widoczna data ważności na opakowaniu jednostkowym - sterylna, opakowanie typu blister z papierem klasy tyvek. Wszystkie rozmiary w pozycji 1-7 od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



SZPITAL

AKREDYTOWANY

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakiet nr 11 poz. 4

Prosimy zamawiającego o wyłączenie z pakietu 11 pozycji 4, ze względu na wycofanie przez producenta produktu z oferty

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 34 odpowiedzi 1 z dnia 4.04.2017r. Zamawiający wyłączył (usunął) z Pakietu nr 11 pozycję 4 oraz załączył zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy dla tego pakietu.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakiet nr 36 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 %,z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 1400 cm², poziom nawilżania 31 mg H₂O przy VT=500 ml, utrata wilgotności 6 mg H₂O / l przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 19,25 cm², przestrzeń martwa 35 ml, opory przepływu 1,8 cm H₂O przy 60 l/min (1,0 cm H₂O przy 30 l/min), objętość oddechowa Vt150-1000 ml, waga 31 g, filtr ze złączem prostym, sterylny lub biologicznie czysty, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakiet nr 42

Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile – R) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 42 wyrobów sterylnych radiacyjnie.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakiet nr 42

Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza niższą klasę I?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przedmioty zamówienia w Pakiecie nr 42 należały do Medycznej Klasy IIa.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 4 odpowiedzi 1 z dnia 4.04.2017r.:

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poniższego rozwiązania:


Pakiet nr 1. Laparoscopia (sterylna)	
Poz. 2	Worek do laparoskopii typu ENDOBAG 600 ml/10mm Automatyczna prowadnica o średnicy trzonu 10mm pełna metalowa rozkładana obręcz . Całkowita długość endobaga w wersji zamkniętej około 52 cm, a w wersji gotowej do pracy około 47 cm. Uchwyt z trzema oczkami na palce ułatwiające manipulowanie. Podwójne dno worka. Worek nie odrywa się tylko ześlizguje z prowadnicy. Rozmiar 10x130x180mm

Odpowiedź: Było: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Jest: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

Z poważaniem


Z-ca Dyrektora
d/s Lecznictwa
lek. Paweł Orzechowski

u/