



Trzebnica, dnia 12.06.2017 r.

**ODPOWIEDZI nr 2 na zapytania dotyczące treści SIWZ/  
MODYFIKACJA SIWZ**

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego *na Dostawę odczynników, materiałów zużywalnych, sprzętu laboratoryjnego, testów oraz dzierżawa aparatów medycznych do laboratorium (Nr sprawy: ZP/6/2017)*, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz modyfikuje SIWZ.

**Pytanie nr 1 – dotyczy SIWZ, Rozdz. X, pkt. 15. 7)**

Wymaganie Zamawiającego: „próbki przedmiotu zamówienia (o gramaturze nie mniejszej niż 2 ml) wyszczególnione w pozycji 12,13 i 14 załącznika nr 2 do SIWZ (zaleca się by do oferty zostały załączone w osobnym opakowaniu, zgodnie z Rozdz.. XI pkt. 5 SIWZ) – dotyczy pakietu nr 1”

Niniejsze postępowanie przetargowe prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (SIWZ Rozdz. II, pkt. 1) i w związku z powyższym wnioskujemy o:

1. Określenie sposobu płatności za dostarczone próbki zgodnie z ustawą Pzp

Zamawiający nie może zmuszać Wykonawcy do „darowania” czegokolwiek Zamawiającemu. Jest to sprzeczne z postanowieniami ustawy Pzp

2. Określenie sposobu zwrotu dostarczonych próbek do Zamawiającego

Zgodnie z art. 97 ustawy Pzp: „Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały”. Zwrot próbek w takim przypadku staje w sprzeczności z zapisami przytoczonego zapisu ustawy Pzp, gdyż badanie próbek polega m.in. na otwarciu opakowań, a co za tym idzie na naruszeniu zawartości, co w efekcie czyni próbki bezwartościowymi

3. Podanie nazwy oraz siedziby laboratorium , które będzie dokonywało oceny jakości dostarczonych próbek

Zgodnie z ustawą Pzp dostarczone próbki powinny być badane przez niezależnego od oferenta i zamawiającego laboratorium badawczego, posiadającego akredytację. Jednocześnie obiektywnej oceny produktów może dokonać jedynie jednostka o właściwościach określonych powyżej – przede wszystkim niezależna od żadnej ze stron postępowania przetargowego. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. (z późniejszymi zmianami) o systemie zgodności w procesie oceny zgodności uczestniczą producenci, ich upoważnieni przedstawiciele, importerzy, jednostki certyfikujące, jednostki kontrolujące oraz laboratoria.

Odnosi się to do laboratorium badawczego, spełniającego określone warunki, akredytowanego niezależnego od dostawcy i odbiorcy. Laboratorium Zamawiającego nie spełnia warunków przytoczonych wyżej. Oznacza to, że dokonanie jakiegokolwiek oceny jakości nie powinno mieć mocy wiążącej i nie może równocześnie stanowić kryterium oceny ofert. Wymaganie złożenia wraz z ofertą Zamawiającemu próbek na wybrane produkty (nawet te dla których warunki oceny jakości nie zostały określone w SIWZ) stanowi naruszenie norm prawnych wynikających z art. 7, 29 i 30 ustawy Pzp.

Zastanawiającym jest wymóg załączenia próbek do Pakietu nr 1, a dla pozostałych już nie. Zamawiający może określić stężenie wyjściowe krwinek na podstawie dokumentów m.in. świadectw kontroli jakości zaoferowanych krwinek wzorcowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie określi sposobu płatności za dostarczenie próbek, ponieważ próbki wymagane są do oceny jakości. Próbki powinny być dostarczone zgodnie z SIWZ. Zwrócenie próbek staje w sprzeczności z zapisami ustawy PZP, gdyż badanie próbek polega na otwarciu opakowań, a co za tym idzie na naruszeniu zawartości, co w efekcie czyni próbki bezwartościowymi. Sprawdzenie, testowanie próbek będzie odbywało się w Laboratorium Zamawiającego. Zamawiający zaprosi zainteresowane strony do udziału w procesie testowania próbek.

**Pytanie nr 2 – dotyczy Wzorów umów, załącznik nr 6a do SIWZ § 5 ust. 1 i załącznik nr 6b do SIWZ § 7 ust. 1 i 2**

Wnosimy o zmianę terminu płatności za dostarczony towar i zapłaty czynszu dzierżawnego na 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający w sposób jednoznaczny naraża się na nieodpowiednie wydatkowanie środków publicznych, z uwagi na fakt, iż Wykonawcy mają prawo do naliczania odsetek ustawowych za zaleganie z płatnościami powyżej 30 dni.

Głównym środkiem, który ma sprawić by dłużnicy płacili na czas i to w krótkim terminie są odsetki. Wierzyciel (dostawca towarów lub usług) ma prawo dochodzić odsetek od dłużnika jako swoistej opłaty za odroczenie terminu zapłaty, czyli za udzielenie tzw. kredytu kupieckiego. Chodzi o spowodowanie, aby kredyt kupiecki przestał mieć charakter darmowy i przez to nie stanowił dla przedsiębiorcy zobowiązanego do zapłaty korzystnej formy finansowania działalności. W przypadku umów z terminem zapłaty dłuższym niż 30 dni opłata za kredyt przysługuje wierzycielowi właśnie po upływie 30 dni (a więc od 31 dnia), liczonych do dnia, w którym wykonał swoje świadczenie i doręczył dłużnikowi fakturę lub rachunek. Gdy dłużnik w umówionym terminie nie dokona zapłaty, wierzycielowi przysługują także odsetki, jednak w tym wypadku nie mają już one charakteru opłaty za kredyt lecz są to po prostu odsetki za opóźnienie w płatności. Odsetki te przysługują także gdy w umowie ustalony zostanie – wbrew postanowieniom ustawy – termin dłuższy niż maksymalny (wynoszący najczęściej 60 dni). Od następnego dnia po dopuszczalnym terminie wierzyciel ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie.

Minimalna wysokość odsetek za udzielenie kredytu kupieckiego oraz za opóźnienie jest określona w ustawie. W założeniu ustawodawcy odsetki za opóźnienie mają być wyższe od tych stanowiących opłatę za kredyt. Oba rodzaje odsetek naliczane są automatycznie

i wierzyciel nie ma obowiązku dokonywać żadnego specjalnego wezwania z żądaniem ich zapłaty.

Zamawiający powinien zdawać sobie sprawę, że wydłużając termin płatności do 60 dni automatycznie skutkuje to naliczaniem wskazanych wyżej odsetek, a Zamawiającego naraża na zarzuty nieracjonalnego wydatkowania środków publicznych

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5 – odczynnik anti-D seria I**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynnika monoklonalnego anti-D IgM +IgG wykrywającego odmiany DVI?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 1 poz. 5 odczynnika monoklonalnego anti-D IgM +IgG wykrywającego odmiany DVI.

**Pytanie nr 4 – Dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników, które są zgodne z Dyrektywą 98/79/WE, która jest obligatoryjna dla wszystkich producentów w UE (zgodnie z SIWZ Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert przez podmioty mające swoją siedzibę poza granicami RP), odczynniki posiadają znak CE zgodnie z Dyrektywą 98/79/WE i są zgodne z art. 58 ustawy o wyrobach medycznych, zgłoszone do obrotu w Polsce, przez co Zamawiający zgodnie z SIWZ nie ograniczy dostępu do niniejszego postępowania przetargowego produktów pochodzących z UE.

**Odpowiedź:** Zgodnie z Rozdz. III pkt. 6 SIWZ Zamawiający wymaga, aby produkty należące do grupy wyrobów medycznych były dopuszczone do obrotu i stosowania w placówkach służby zdrowia, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679 ze zm.) i posiadały stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty wymagane przez prawo.

**Pytanie nr 5 – Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 12-14 – krwinki wzorcowe**

W celu złożenia porównywalnych i mierzalnych cenowo ofert oraz zgodnie z art. 29, ust. 1 ustawy cyt.: „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty” wnosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 12-14 poprzez podanie ilości ml wymaganych krwinek.

Zgodnie z art. 34 ustawy Pzp Zamawiający ustalając wartość zamówienia był zobowiązany do posłużenia się ilościowym wskaźnikiem poszczególnych pozycji asortymentowych

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 6 – Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 15 – lektyna do dolichotestu**

Prosimy o doprecyzowanie jakiej lektyny Zamawiający wymaga i czy chodzi tu o zaoferowanie odczynnika dolichotest ?

**Odpowiedź:** Tak, chodzi o zaoferowanie odczynnika dolichotest.

**Pytanie nr 7 – Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 12-14 – krwinki wzorcowe**

Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw krwinek wzorcowych w Pakiecie 1, który ułatwi realizację zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem na fakt specyficznego cyklu produkcyjnego krwinek wzorcowych?

Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku pod warunkiem, że przejdą pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca wytwórcą krwinek wykorzystywanych do badań in vitro reżim produkcji w równych odstępach comiesięcznych. Ponadto termin ważności produktu wynosi od 5 do 6 tygodni. Kalkulacja potencjalnie 1 dostawy w miesiącu z wyłączeniem dostaw na cito pozwoli złożyć Wykonawcy korzystniejszą ofertę cenowo, a zważywszy, że laboratorium Zamawiającego jest zarządzane przez doświadczoną kadrę nie zachwieje powyższe działanie pracą diagnostów.

**Odpowiedź:** Z uwagi na charakter jednostki i w trosce o dobro pacjenta oraz ze względów ekonomicznych Zamawiając nie może wiązać się harmonogramem dostaw.

**Pytanie nr 8 – Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 12-14 krwinki wzorcowe**

Wnioskujemy o zmianę terminu przydatności dla wskazanych krwinek wzorcowych zawartego w formularzu asortymentowo – cenowym na: „minimum 4 tygodnie od momentu dostawy”

Żaden z producentów krwinek wzorcowych, ze względu na ich specyficzność nie jest w stanie zaoferować krwinek z wymaganym terminem ważności określonym przez Zamawiającego - „co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy”. Dlatego też, wskazany zapis dotyczący terminu ważności krwinek wzorcowych (3 miesiące) jest niemożliwy do spełnienia i w związku z powyższym, żaden z wykonawców nie może złożyć ważnej oferty przetargowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza termin przydatności dla krwinek wzorcowych wymienionych w Pakiecie nr 1 poz. 12-14 minimum 5 tygodni od momentu dostawy. Zamawiający załącza do niniejszej odpowiedzi zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 1.

**Pytanie nr 9 – Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 1 – testy mikrokolumnowe do testów antyglobulinowych bezpośredniego o pośredniego**

W celu właściwego przygotowania oferty przetargowej wnioskujemy o podanie ilości testów wykonywanych w PTA LISS (jedna karta – 2 badania) i ilości testów w BTA (1 karta – 6 badań).

Różne ceny badań przy badaniach w PTA LISS i BTA wykonywanych na tej samej mikrokarcie powoduje do nieporównywalności ofert, a tym samym jest przesłanką do unieważnienia postępowania przetargowego w zakresie Pakietu 10. Ponadto, wykonawca nie jest w stanie właściwie oszacować ilości odczynnika o niskiej sile jonowej do zawieszania krwinek czerwonych używanego tylko do PTA LISS.

**Odpowiedź:** Zamawiający podał w formularzu asortymentowo-cenowym w kol. 4 ilość testów (kolumn), które planuje zakupić i oczekuje od Wykonawcy podania w kol. 5 - ceny za każdy pojedynczy test.

**Pytanie nr 10 – Dotyczy Pakietu nr 10**

Wnioskujemy o potwierdzenie, czy Zamawiający będzie się ściśle stosował do metodyk badań zawartych w instrukcjach oferowanego asortymentu i sprzętu?

**Odpowiedź:** Zamawiający będzie postępował zgodnie z odpowiednimi procedurami oraz zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

**Pytanie nr 11 – Dotyczy Pakietu nr 10**

Wnioskujemy o potwierdzenie, czy zgodnie z zapisem SIWZ: „produkty należące do grupy wyrobów medycznych muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w placówkach służby zdrowia, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych i posiadać stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty wymagane przez prawo”, wskazany zapis dotyczy całego zaoferowanego asortymentu w Pakiecie 10.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, aby końcówki do zaoferowanej pipety w poz. 4 (Pakiet nr 10 poz. 2) nie należały do grupy wyrobów medycznych.

**Pytanie nr 12 – Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 1– testy mikrokolumnowe do testów antyglobulinowych bezpośredniego i pośredniego**

W celu złożenia porównywalnych i mierzalnych cenowo ofert oraz zgodnie z art. 29, ust. 1 ustawy cyt.: „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpując za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty” wnosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 1 poprzez podanie ilości kart wymaganych do wykonania przewidywanej ilości pojedynczych testów.

Zgodnie z art. 34 ustawy Pzp Zamawiający ustalając wartość zamówienia był zobowiązany do posłużenia się ilościowym wskaźnikiem poszczególnych pozycji asortymentowych.

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na Pytanie 9.

**Pytanie nr 13 – Dotyczy Pakietu nr 10**

Czy w związku ze specyfikacją asortymentową niezbędną do wykonania badań, Zamawiający dopuści możliwość sukcesywnych dostaw zgodnie z harmonogramem dostaw z możliwością dostaw pilnych (na cito) w terminie do 3 dni roboczych (zgodnie z kryterium oceny ofert) od dnia złożenia zamówienia?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 14 – Dotyczy Pakietu nr 10**

W związku z niepodzielnością liczby badań przez oferowaną ilość sztuk kart w opakowaniu, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pełnych ilości opakowań kart z zaokrągleniem w górę?

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na Pytanie 9. W kol. 7 należy podać informację o ilości szt. w opakowaniu, a w kol. 8 cenę netto 1 opakowania. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zasłaby konieczność zakupu większej ilości testów z uwagi na niepodzielność opakowania, Zamawiający ma taką możliwość w ramach prawa opcji.

**Pytanie nr 15 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6a do SIWZ**

(§ 5 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 16 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6a do SIWZ**

(§ 9) Czy Zamawiający dopuści zmiany numeru katalogowego, wielkości opakowania, nazwy testu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? W przypadku zmiany wielkości opakowania dla nowego produktu, czy Zamawiający dopuści przeliczenie ceny za oznaczenie?

**Odpowiedź:** Zmiana w zakresie przedmiotowym uregulowana jest w § 9 ust. 2 lit. e) umowy, stanowiącej załącznik nr 6a do SIWZ.

**Pytanie nr 17 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6a do SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminów realizacji dostaw lub wprowadzi zapis w dniach roboczych z jednoczesnym dopuszczeniem terminów dostaw „na cito” – minimum 2 dni robocze?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 18 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6a do SIWZ**

(§ 8 ust. 1pkt. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej części dostawy?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 19 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6a do SIWZ**

(§ 8 ust. 1pkt. b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej prawidłowo części dostawy?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 20 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6a do SIWZ**

(§ 8 ust. 1 pkt. c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstępienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy. Zamawiający nie wprowadzi możliwości wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności.

**Pytanie nr 21 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6a do SIWZ**

Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw ( specyfikacje produktów, MSDS ) w formie elektronicznej?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 22 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6a do SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia obszernej dokumentacji przetargowej w postaci plików nagranych na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 23 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6a do SIWZ**

Czy Zamawiający może określić maksymalny okres czasu, na który może zostać aneksowana umowa? Uzasadnienie: Sugerujemy maksymalnie kwartał, gdyż przy umowach długoterminowych istnieje konieczność ponownej weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę cen z powodu wzrostu cen zakupu u dostawców.

W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

**Odpowiedź:** Maksymalny okres czasu, na który może zostać aneksowana umowa określa § 9 ust. 2 lit. g) umowy, stanowiącej załącznik nr 6a do SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie dokumentów w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron.

**Pytanie nr 24 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6a do SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

**Odpowiedź:** Ww. zapis uregulowany jest przez § 9 ust.2 lit. d) i e) umowy, stanowiącej załącznik nr 6a do SIWZ.

**Pytanie nr 25 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6a do SIWZ**

Format certyfikatu kontroli jakości - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania składu przywędni na Certyfikacie Kontroli Jakości żywności gotowych na płytkach/probówkach?

Uzasadnienie: Normy obowiązujące przy produkcji żywności gotowych nie obligują wytwórcę do zawierania składu żywności na certyfikacie, dlatego dane te są podawane w specyfikacji produktu. Z definicji, certyfikat analizy to dokument stwierdzający zgodność wyrobu z deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach właściwościami, natomiast specyfikacja techniczna to dokument ustalający wymagania techniczne, które powinien spełniać wyrób, proces lub usługa. Zaleca się, aby w specyfikacji technicznej wskazywano, jeżeli jest to potrzebne, procedurę lub procedury, za pomocą których można określić, czy dane wymagania są spełnione.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu podania składu żywności na Certyfikacie Kontroli Jakości żywności gotowych na płytkach/probówkach.

**Pytanie nr 26 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6b do SIWZ**

Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw ( specyfikacje produktów, MSDS ) w formie elektronicznej?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 27 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6b do SIWZ**

Czy Zamawiający może określić maksymalny okres czasu, na który może zostać aneksowana umowa? Uzasadnienie: Sugerujemy maksymalnie kwartał, gdyż przy umowach długoterminowych istnieje konieczność ponownej weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę cen z powodu wzrostu cen zakupu u dostawców.

W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

**Odpowiedź:** Maksymalny okres czasu, na który może zostać aneksowana umowa określa § 10 ust. 2 lit. g) umowy, stanowiącej załącznik nr 6b do SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie dokumentów w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron.

**Pytanie nr 28 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6b do SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.



**Odpowiedź:** Ww. zapis uregulowany jest przez § 10 ust.2 lit. d) i e) umowy, stanowiącej załącznik nr 6b do SIWZ.

**Pytanie nr 29 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6b do SIWZ**

Format certyfikatu kontroli jakości - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania składu pożywki na Certyfikacie Kontroli Jakości pożywek gotowych na płytkach/probówkach?

Uzasadnienie: Normy obowiązujące przy produkcji pożywek gotowych nie obligują wytwórcy do zawierania składu pożywki na certyfikacie, dlatego dane te są podawane w specyfikacji produktu. Z definicji, certyfikat analizy to dokument stwierdzający zgodność wyrobu z deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach właściwościami, natomiast specyfikacja techniczna to dokument ustalający wymagania techniczne, które powinien spełniać wyrób, proces lub usługa. Zaleca się, aby w specyfikacji technicznej wskazywano, jeżeli jest to potrzebne, procedurę lub procedury, za pomocą których można określić, czy dane wymagania są spełnione

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu podania składu pożywki na Certyfikacie Kontroli Jakości pożywek gotowych na płytkach/probówkach.

**Pytanie nr 30 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6b do SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia obszernej dokumentacji przetargowej w postaci plików nagranych na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 31 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6b do SIWZ**

(§ 7 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 32 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6b do SIWZ**

(§ 10) Czy Zamawiający dopuści zmiany numeru katalogowego, wielkości opakowania, nazwy testu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? W przypadku zmiany wielkości opakowania dla nowego produktu, czy Zamawiający dopuści przeliczenie ceny za oznaczenie?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza. Ww. zapis jest uregulowany przez § 10 ust. 2 lit. d) i e) umowy, stanowiącej załącznik nr 6b do SIWZ.

**Pytanie nr 33 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6b do SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminów realizacji dostaw lub wprowadzi zapis w dniach roboczych z jednoczesnym dopuszczeniem terminów dostaw „na cito” – minimum 2 dni robocze?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 34 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6b do SIWZ**

(§ 9 ust. 1pkt. b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej części dostawy?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 35 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6b do SIWZ**

(§ 8 ust. 1 pkt. c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej prawidłowo części dostawy?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 36 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6b do SIWZ**

(§ 8 ust. 1 pkt. d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstępienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.

**Pytanie nr 37 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6b do SIWZ**

Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wprowadzi możliwości wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności.

**Pytanie nr 38 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6b do SIWZ**

(§ 9 ust. 1 pkt. a) Czy Zamawiający dopuści zmniejszenie % naliczanej kary do max. 2% wartości NETTO miesięcznej dzierżawy?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 39 – Dotyczy Pakiet nr 5, poz. 9**

W związku z ostrzeżeniami wydanymi przez EUCAST dotyczącymi określania wartości MIC kolistyny, zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania zalecanej metody mikrorozcieńczeń w bulionie, zamiast pasków gradientowych do oznaczania wartości MIC kolistyny. Test do oznaczania wrażliwości na kolistynę metodą mikrorozcieńczeń w bulionie powinien zawierać bulion Mueller-Hinton potrzebny do wykonania testu.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zalecanej metody mikrorozcieńczeń w bulionie, zamiast pasków gradientowych do oznaczania wartości MIC kolistyny.

**Pytanie nr 40 – Dotyczy Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający w pakiecie 2 wymaga, aby zaoferowane zestawy do testu Waaler-Rose zawierały karty do testów i patyczki do mieszania w ilości odpowiadającej deklarowanej ilości badań w opakowaniu?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

**Pytanie nr 41 – Dotyczy Pakiet nr 2 poz. 3**

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 3 w celu uzyskiwania wiarygodnych wyników wymaga dostarczenia kontroli dodatniej i ujemnej w postaci płynnej (po 1 ml każdej) do zestawu do wykrywania krwi utajonej w kale?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 42 – Dotyczy Pakiet nr 2 poz. 3**

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 3 oczekuje zaoferowania testu o czułości 40 ng/ml?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 2 poz. 3 testu o czułości 40 ng/ml.

**Pytanie nr 43 – Dotyczy Pakiet nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 1 umieszczając zapis „jednocześnie posiadające kontrolę dodatnią testu” oczekuje testu posiadającego wbudowaną kontrolę wskazującą na prawidłowe wykonanie testu i odpowiednią reaktywność odczynników?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1 oczekuje testu posiadającego wbudowaną kontrolę wskazującą na prawidłowe wykonanie testu i odpowiednią reaktywność odczynników.

**Pytanie nr 44 – Dotyczy Pakiet nr 1, 2**

Czy w celu potwierdzenia, że oferowane produkty spełniają wymogi graniczne oraz w celu identyfikacji zgodności dostaw z oferowanymi produktami Zamawiający doda w formularzu cenowym dla pakietów 1 i 2 kolumnę „Nr katalogowy/nazwa” tak jak to ma miejsce w pakietach 3-10ww. postępowania?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane produkty spełniają wymogi graniczne oraz w celu identyfikacji zgodności dostaw z oferowanymi produktami doda w formularzu cenowym dla pakietów 1 i 2 kolumnę „Nr katalogowy/nazwa”. Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy dla pakietu nr 1 i 2.

**Pytanie nr 45 – Dotyczy Pakiet nr 3**

Dotyczy formularza cenowego do pakietu nr 3 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ilościowych testów o następujących składach:

- Pokarmowy

f17	Orzech laskowy
f13	Orzech ziemny
f16	Orzech włoski
f20	Migdał
f02	Mleko
f01	Białko jaja kurzego
f75	Żółtko jaja kurzego
f70	Kazeina
f35	Ziemniak
f85	Seler
f31	Marchew
f25	Pomidor
f03	Dorsz
f24	Krewetka
f95	Brzoskwinia
f49	Jabłko
f14	Soja
f04	Mąka pszenna
f10	Sezam
f05	Mąka żytnia

## Wziewny

t03	Pylek brzozy brodawkowej
t02	Pylek olszyny szarej
t04	Pylek leszczyny
t07	Pylek dębu
g06	Tymotka łąkowa
g12	Pylek żyta
w06	Pylek bylicy
w09	Pylek babki lancetowatej
d01	Dermatophagoides pteronyssinus
d02	Dermatophagoides farinae
e02/e05	Naskórek psa
e01	Naskórek kota
e03	Naskórek konia
e06	Naskórek świnki morskiej
e84	Naskórek chomika
e80	Naskórek królika
m01	Aspergillus fumigatus
m02	Cladosporium herbarum
m01	Penicillium notatum
m06	Alternaria tenuis

## Atopowy

f02	Mleko
f76	$\alpha$ -Laktoalbumina
f77	$\beta$ -Laktoglobulina
f78	Kazeina
f01	Białko jaja kurzego
f75	Zółtko jaja kurzego
f03	Dorsz
f13	Orzech ziemny
f93	Kakao
f14	Soja
f49	Jabłko
f31	Marchew
f25	Pomidor
	Mąka - mix
f83	Kurczak
	Cytrusy - mix
f09	Ryż
	6 traw - mix
g12	Zyto
e02/e05	Naskórek psa
e01	Naskórek kota
m02	Cladosporium herbarum
m06	Alternaria alternata
m03	Aspergillus fumigatus
d01	Dermatophagoides pteronyssimus
d02	Dermatophagoides farinae
t04	Pyłek leszczyny
t03	Pyłek brzozy
w06	Pyłek bylicy
	CCD

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

### Pytanie nr 46 – Dotyczy Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 1 wymaga testu zawierającego wewnętrzną kontrolę dodatkową w postaci paska?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 2 poz.1 testu zawierającego wewnętrzną kontrolę dodatkową w postaci paska.

### Pytanie nr 47 – Dotyczy Pakiet nr 9

Prosimy o wyjaśnienie, czy pod określeniem "System chłodzenia odczynników na pokładzie" należy rozumieć taki system chłodzenia, który jest zgodny z rekomendacjami producenta opisanymi w instrukcji obsługi?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza, iż w Pakiecie nr 9 pod określeniem "System

chłodzenia odczynników na pokładzie" należy rozumieć system chłodzenia, który jest zgodny z rekomendacjami producenta opisanymi w instrukcji obsługi

**Pytanie nr 48 – Dotyczy Pakiet nr 9**

Prosimy o wyrażenie zgody, by przydatność do użycia odczynników i kalibratorów wynosiła min 4-6 miesięcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 49 – Dotyczy Pakiet nr 9**

Prosimy o zmianę kryterium przyznawania punktów dla materiału kontrolnego wieloparametrowego. Zamawiający deklaruje oznaczenie 25 parametrów, dlatego gradacja "dla 15-30 odczynników" i "więcej niż 30 odczynników" jest niezrozumiała.

Proponujemy opis:

- zaoferowanie wyłącznie kontroli jednoparametrowych: 0,00 pkt
- zaoferowanie dla 1-15: 5 pkt
- zaoferowanie dla 16-25: 10 pkt

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 50 – Dotyczy Pakiet nr 9**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowania testu do oznaczania Witaminy D Total (suma form hydroksylowanych D2+D3), co zgodne jest z aktualnymi rekomendacjami dotyczącymi oznaczania Vit. D

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 51 – Dotyczy Pakiet nr 9**

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test ProBNP umożliwiał wiarygodne monitorowanie pacjentów z niewydolnością serca leczonych nowymi lekami z grupy ARNI (sekubitryl z walsartanem - Entresto)?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga.

**Pytanie nr 52 – Dotyczy Pakiet nr 9**

Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do ilościowego oznaczania HCG beta o różnych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker nowotworowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający w zakresie Pakietu nr 9 zamierza stosować test beta-HCG jako test ciążowy.

**Pytanie nr 53 – Dotyczy Pakiet nr 9**

W celu prawidłowego przygotowania oferty prosimy o podanie, ile oznaczeń troponiny będzie wykonywanych na urządzeniu zastępczym?

**Odpowiedź:** Zamawiający w zakresie Pakietu nr 9 będzie wykonywał na urządzeniu zastępczym ok. 40 oznaczeń troponiny.

**Pytanie nr 54 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6b do SIWZ, § 5 ust. 2**

Czy Zamawiając wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„W przypadku awarii urządzenia trwającej dłużej niż 24 godziny Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia aparatu zamiennego o parametrach nie gorszych niż dzierżawiony aparat na czas naprawy dzierżawionego aparatu”.

na

„W przypadku awarii urządzenia trwającej dłużej niż 24 godziny w dni robocze Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia aparatu zamiennego o parametrach nie gorszych niż dzierżawiony aparat na czas naprawy dzierżawionego aparatu.” ?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 55 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6b do SIWZ, § 5 ust. 3 b)**

Czy Zamawiając wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„W ramach czynszu dzierżawnego serwis naprawczy aparatu wraz z wymianą części zamiennych w ciągu 24 godzin od zgłoszenia uszkodzenia lub awarii przez Zamawiającego.”

na

„W ramach czynszu dzierżawnego serwis naprawczy aparatu wraz z wymianą części zamiennych w ciągu 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia uszkodzenia lub awarii przez Zamawiającego.”?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 56 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6b do SIWZ**

Par. 3 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „godziny” na godziny w "dni robocze"?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 57 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6b do SIWZ**

Par. 3 ust. 7 Prosimy o modyfikację zapisu aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego opisanego w par. 3 ust. 7 wykluczało zastosowanie kar umownych.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 58 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6b do SIWZ**

Par. 5 ust. 1 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje wzór umowy stanowiący załącznik nr 6b do SIWZ. § 5 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: „dostarczenia aparatu(ów) określonego(ych) w §1 umowy, zwanego dalej aparatem, transportem na własny koszt i ryzyko do laboratorium Zamawiającego znajdującego się w budynku Szpitala przy ul. Prusickiej 53-55 w Trzebnicy w terminie do 14 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy”.

**Pytanie nr 59 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6b do SIWZ**

Par. 5 ust. 1 pkt d) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w par. 5 ust. 1 pkt d)?

Uzasadnienie:

Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 60 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6b do SIWZ**

Par. 5 ust. 3 pkt b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „godzin” na „godzin w dni robocze”?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 61 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6b do SIWZ**

Par. 7 ust. 1 i 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 62 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6b do SIWZ**

Par. 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nadanie brzmienia: „Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych”?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 63 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6b do SIWZ**

Par. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 64 – Dotyczy Pakiet nr 3 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści panel zawierający następujące alergeny:

IgE całkowite, D1 Derm. Pteronyssius, D2 Derm. Farinae, I6 Karaluch, T3 Brzoza, T2 Olcha, T4 Leszczyna,

GX Mix traw, G12 Pyłki żyta, W5 Piołun, W206 Rumianek, I1 Jad pszczoły, I3 Jad osy, K82 Latex, M1 Penicillium notatum, M2 Cladosporium herbarum, M3 Aspergillus fumigatus, M6 Alternaria alternata, E1 Kot, E3 Koń, E5 Pies, E6 Świnka morska, E84 Chomik, E82 Królik, E88 Mysz, E87 Szczer, Ex8 Papuga/ P.falista/ Nimfa, W8 Mniszek lekarski, D70 Acarus siro

Proponowany panel nie zawiera jedynie 4 wymaganych w SIWZ alergenów: Tymotki łąkowej / wonnej, dębu, bylicy, babki, natomiast dodatkowo zawiera:

IgE całkowite, I6 Karaluch, GX Mix traw (Tomka wonna, Cynodon palczasty, Kupkówka



pospolita, Kostrzewa łąkowa, Życica, Tymotka łąkowa, Gładka stokłosa, Żyto, Kłosówka wełnista, Wyczyniec łąkowy

Perz właściwy, Rajgras wyniosły), W5 Piołun, W206 Rumianek, I1 Jad pszczoły, I3 Jad osy, K82 Latex, M3 Aspergillus fumigatus, M6 Alternaria alternata, E6 Świnka morska, E84 Chomik, E82 Królik, E88 Mysz, E87 Szczur, Ex8 Papuga/ P.falista/ Nimfa, W8 Mniszek lekarski, D70 Acarus siro.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 65 – Dotyczy Pakiet nr 3 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści panel zawierający następujące alergeny:

F17 Orzech laskowy, F13 Orzech ziemny, F2 Mleko, F76 alfa-laktalbumina, F77 beta-laktoglobulina, F1 Białko jaja, F75 Żółtko jaja, F78 Kazeina, F334 Laktoferyna, F93 Kakao, F35 Ziemniak, F31 Marchew, F49 Jabłko, F3 Dorsz, F9 Ryż, F4 Mąka pszenna, F5 Mąka żytnia, F14 Soja, E1 Kot, E5 Pies, E3 Koń, T3 Brzoza, W6 Bylica, M3 Aspergillus fumigatus, M6 Alternaria alternate, M2 Cladosporium herbarum, D1 Derm. Pteronyssinus, D2 Derm. Farina, Gx Trawy Mix

Proponowany panel nie zawiera jedynie 4 wymaganych w SIWZ alergenów: babki, żyta/ rumianku, kurczaka/ wieprzowiny/jagnięciny, brzoskwini/ cytrusów, natomiast dodatkowo zawiera:

F76 alfa-laktalbumina, F77 beta-laktoglobulina, F78 Kazeina, F334 Laktoferyna, F93 Kakao

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 66 – Dotyczy Pakiet nr 3 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści panel zawierający następujące alergeny:

D1 Derm. Pteronyssinus, D2 Derm. Farina, Tx Pyłki drzew mix, Gx Trawy Mix, W1 Pyłek ambrozji, W6 Bylica, E1 Kot, E5 Pies, M6 Alternaria alternata, K82 Lateks, F76 alfa-laktalbumina, F77 beta-laktoglobulina, F78 Kazeina, F334 Laktoferyna, F2 Mleko, F1 Białko jaja, F75 Żółtko jaja, F17 Orzech laskowy, F13 Orzech ziemny, F83 Kurczak, Fx207 Małże mix (Wenus, krab, ostryga), Fx24 Ryby morskie mix, F92 Banan, F14 Soja, F31 Marchew, F4 Mąka pszenna, F5 Mąka żytnia, F7 Mąka owsiana, F462 Rumianek

Proponowany panel nie zawiera jedynie 5 wymaganych w SIWZ alergenów: babki, ryżu, ziemniaka, marchew, brzoskwini/ cytrusów, natomiast dodatkowo zawiera:

Tx Pyłki drzew mix (olcha, brzoza, leszczyna), W1 Pyłek ambrozji, F76 alfa-laktalbumina, F77 beta-laktoglobulina, F334 Laktoferyna, Fx207 Małże mix (Wenus, krab, ostryga), Fx24 Ryby morskie mix ( w tym: dorsz, tuńczyk, sardynki, makrele), Mąka owsiana, F462 Rumianek.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 67 – Dotyczy Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia skanera do testów będącego jednocześnie wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych.

Czy na potwierdzenie powyższego Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą deklaracji zgodności dla dzierzawionego skanera?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga dostarczenia skanera, ale nie wymaga, aby spełniał wymogi wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

**Pytanie nr 68 – Dotyczy Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści testy immunoblot do oznaczania specyficznego IgE w surowicy ludzkiej gdzie poszczególne alergeny opłaszczone są w postaci linii (prążków) na pasku. Po wykonaniu analizy zabarwienie poszczególnych prążków jest proporcjonalne do zawartości specyficznych przeciwciał w próbce pacjenta. Ocena przeprowadzana jest po wyschnięciu paska testowego za pomocą skanera z certyfikatem IVD oraz dedykowanego oprogramowania interpretującego.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 69 – Dotyczy Pakiet nr 8**

Czy Zamawiający dopuści analizator mierzący ctHb i wyliczający na jej podstawie Hct?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 70 – Dotyczy Pakiet nr 8**

Czy Zamawiający dopuści analizator mierzący ctBil? Zakres pomiarowy w jakim analizator może fizycznie dokonać pomiaru bilirubiny całkowitej to -1,2 – 58.5 mg/dl lub -20 – 1000 µmol/l.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 71 – Dotyczy Pakiet nr 8**

Czy Zamawiający dopuści analizatory wyliczające ABE,SBE oraz cBase(Ecf) i cBase(B) zamiast BB? Parametry te pozwalają na pełną ocenę niedoboru/nadmiaru zasad.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 72 – Dotyczy Pakiet nr 8**

Prosimy o określenie do jakiego systemu laboratoryjnego mają być podłączone analizatory – nazwa systemu, nazwa firmy serwisującej, kontakt (e-mail, telefon) w celu uzyskania kosztów podłączenia.

**Odpowiedź:** Program PSM firmy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., tel. +48 22 481 55 55, [polska.diagnostics@roche.com](mailto:polska.diagnostics@roche.com)

**Pytanie nr 73 – Dotyczy Pakiet nr 8**

Czy zamawiający dopuści ważność odczynników od momentu dostawy 4 miesiące?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 74 – Dotyczy Wzoru umowy, załącznik nr 6b do SIWZ, §7 ust. 1 i 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy z „Każdorazowo, za częściowe wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wg cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do umowy i ilości

dostarczonych i odebranych przez Zamawiającego wyrobów, w terminie do 60 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy." oraz „Zapłata czynszu z tytułu dzierżawy aparatu następować będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. ”

Na

z „Każdorazowo, za częściowe wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wg cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 do umowy i ilości dostarczonych i odebranych przez Zamawiającego wyrobów, w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy." oraz „Zapłata czynszu z tytułu dzierżawy aparatu następować będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. ”

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 75 – Dotyczy Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie panelu mieszanego o następującym składzie alergenowym :

- gx Mieszanina traw 2 (tymotka łąkowa, żyto zwyczajne)
- t3 Brzoza
- w6 Bylica
- d1 Dermatophagoides pteronyssinus
- d2 Dermatophagoides farinae
- e1 Kot
- e2 Pies
- e3 Koń
- m2 Cladosporium herbarum
- m3 Aspergillus fumigatus
- m6 Alternaria alternata
- f1 Białko jaja
- f75 Żółtko jaja
- f2 Mleko krowie
- f3 Dorsz
- f76  $\alpha$ -Laktoalbumina
- f77  $\beta$ -Lactoglobulina
- f78 Kazeina
- e204 BSA
- f4 Mąka pszenna
- f9 Ryż
- f14 Soja

- f13 Orzeszki ziemne
- f17 Orzechy laskowe
- f31 Marchew
- f35 Ziemniak
- f49 Jabłko

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 76 – Dotyczy Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający może wyjaśnić jak należy rozumieć punktację oferowaną w kryterium oceny „ilość alergenów” dla pozycji nr 1 oraz nr 2 według której za deklarowaną liczbę 20 wymaganych alergenów (z minimum 16 dla poz. nr 1 oraz 14 dla poz. nr 2 ) wykonawca otrzymuje wg powyższego schematu 0,00 punktów?

**Odpowiedź:** Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 1 i 2 wymaga zaoferowania panelu dla co najmniej 20 alergenów, z czego w poz. 1 powinien wykrywać co najmniej 16 z wymienionych przez Zamawiającego rodzajów alergenów, natomiast w poz. 2 co najmniej 14 z wymienionych przez Zamawiającego rodzajów alergenów. Punktacja w zakresie Pakietu nr 3 zgodnie z Rozdz. XIII pkt 4 ppkt 2 SIWZ.

**Pytanie nr 77 – Dotyczy Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści test do panelu pokarmowego wykrywający 27 alergenów: Pomidor, Marchew, Seler, Ziarno gorczycy, Banan, Pomarańcza, Truskawka, Jabłko, Brzoskwinia, Kiwi, Białko jaja, Żółtko jaja, Mleko, Dorsz, Łosoś, Krewetki, Krab, Mięso mix, Pszenica, Ryż, Orzech ziemny, Soja, Orzech laskowy, Migdały, Ziemniak?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 78 – Dotyczy Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści test do panelu wziewnego wykrywający 27 alergenów: Ambrozja, Bielica, Babka zwyczajna, Pokrzywa zwyczajna, Parietaria lekarska, Cladosporium herbarum, Sierść kota, Sierść konia, Sierść psa, Karaczan Prusak, Karaczan amerykański, Roztocza kurzu domowego, Fikus, Lateks, Olcha, Brzoza, Orzech laskowy, Oliwki, Bawełna, Cyprys, Jesion wyniosły, Cynodon palczasty, Paspalum notatum, Tymotka łąkowa, Żyto, Trawy mix?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 79 – Dotyczy Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści test do panelu mieszanego wykrywający 40 alergenów: Brzoza, Orzech laskowy, Oliwki, Cyprys, Jesion wyniosły, Tymotka łąkowa, Żyto, Trawy mix, Cynodon palczasty, Paspalum notatum, Ambrozja, Bielica, Babka zwyczajna, Sierść kota, Sierść konia, Sierść psa, Roztocza kurzu domowego, Karaczan Prusak, Cladosporium herbarum, Białko jaja, Mleko, Dorsz, Łosoś, Krewetki, Krab, Mięso mix, Pszenica, Ryż, Ziemniak, Orzech ziemny, Soja, Orzech laskowy, Migdały, Pomidor, Marchew, Truskawka, Jabłko, Brzoskwinia, Kiwi?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

W przypadku, gdy Wykonawca zaferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

Z poważaniem  
SPZOZ Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej  
w Trzebnicy  
p.o. Dyrektora  
*Mariusz Misiuna*