



SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY

ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica

Tel. 71 312-09-20 Fax. 71 312-14-98

E-mail: sekretariat@szpital-trzebnica.pl

NIP: 915-15-23-806 REGON: 000308761 KRS: 0000033125

www.szpital-trzebnica.pl

Trzebnica, 12.06.2017r.

Dotyczy prosby o przedstawienie oferty na dostawę i montaż lampy operacyjnej wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi z dnia 07.06.2017r.

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy doprecyzowuje wymagania dotyczące lampy operacyjnej :

1. Lampa operacyjna dwuramienna składająca się z czaszy głównej i czaszy satelitarnej wykorzystująca technologię diod świetlnych LED.
2. Natężenie światła z dystansu 1 metra w obu czaszach min 155 tys. Lux.
3. Regulacja średnicy pola czaszy głównej i satelitarnej $\geq 180\text{mm} \leq 270\text{ mm}$.
4. Żywotność źródeł światła min. 50 tys. godzin.
5. Temperatura barwowa od 3800 K do 4800 K.
6. Kolor odwzorowania barw powyżej 95.
7. Sterylne uchwyty do lampy: 8 szt.
8. Dostarczona lampa musi być fabrycznie nowa, kompletna, oznakowana oraz musi być dopuszczona do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03), posiadać deklaracje zgodności, certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, instrukcję obsługi w języku polskim.

W związku z powyższym przedłuża się termin składania ofert:

Oferty można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@szpital-trzebnica.pl, za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica, Sekretariat Dyrektora – **do dnia 21.06.2017r.**

Z poważaniem