

Nr postępowania: PN/SOR/2018

Trzebnica, 04.07.2018 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 4

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Zakup i dostawa sprzętu medycznego wraz z jego montażem i przeszkoleniem personelu w ramach projektu pn. „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy w specjalistyczny sprzęt medyczny”**. Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego - nr POIS.09.01.00-00-0249/17.

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579), zwaną dalej ustawą PZP, odpowiada na zapytania Wykonawcy:

W związku z udzielonymi w dniu 21.06.2018 roku odpowiedziami Zamawiającego na pytania Wykonawców oraz modyfikacją treści SIWZ z dnia 21.06.2018 roku – załącznik nr 2.4 do SIWZ – pojawiły się wątpliwości uniemożliwiające złożenie prawidłowych ofert. Firma uprzejmie prosi o doprecyzowanie Państwa wymagań na podstawie poniższych pytań:

Pytanie nr 1. Dotyczy zadania nr 4, pkt 14 i pkt 30

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udzielając odpowiedzi – TAK – na pytanie nr 19 „ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA / MODYFIKACJA TRESCI SIWZ (3)”, dotyczące zadania nr 4 pkt 14-videogastroskop i pkt 30-videokolonoskop wymaga pełnej kompatybilności oferowanych endoskopów z oferowanym procesorem obrazu oraz kompatybilności oferowanych videogastroskopu i videokolonoskopu z procesorem obrazu będącym na wyposażeniu pracowni: Pentax EPK 700, o czym stanowi aktualny załącznik nr 2.4 do SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w ww. punktach wymaga pełnej kompatybilności oferowanych endoskopów z oferowanym procesorem obrazu oraz kompatybilności oferowanych videogastroskopu i videokolonoskopu z procesorem obrazu będącym na wyposażeniu pracowni: Pentax EPK 700.


Pytanie nr 2. Zamawiający odpowiadając na pytanie nr 30 „ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA /MODYFIKACJA TRESCI SIWZ (3)” udzielił odpowiedzi dotyczącej sygnału wejścia (podobnie jak w pytaniu nr 29), gdy Wykonawca zadał pytanie dotyczące sygnału wyjścia i w tym zakresie prosimy o ponowne udzielenie odpowiedzi na poniższe:

Czy w zadaniu nr 4, pkt 65 (Monitor Medyczny) Zamawiający dopuści zapis: Sygnał wyjścia: SDI lub DVI?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie 30. Prawidłowa odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza sygnał wyjścia min: SDI lub DVI.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

Z poważaniem,


SZOZ Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy
p.o. Dyrektora
Mariusz Miśtina