



Trzebnica, dnia 07.11.2018 r.

ODPOWIEDZI 2

na zapytania dotyczące treści SIWZ

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę implantów, endoprotez oraz elementów ortopedycznych** (Nr sprawy: ZP/14/2018) zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1 do pakietu nr 20 do podpunktu nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie implantów o następujących parametrach:

Płyty tytanowe do dalszej nasady kości promieniowej pod śruby 2,5 mm, 9-otworowe, dłoniowe w kształcie litery T, anatomiczne, profil 2.0 mm. Płyty z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.

Pytanie nr 2 do pakietu nr 20 do podpunktu nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie implantów o następujących parametrach:

Płyty tytanowe do dalszej nasady kości promieniowej pod śruby 2,5 mm, anatomiczne, 5 - 8 - otworowe, profil 1,6 mm. Płyty z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.

Pytanie nr 3 do pakietu nr 20 do podpunktu nr 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie implantów o następujących parametrach:

Płyty tytanowe do dalszej nasady kości promieniowej pod śruby 2,5 mm, 11-otworowe, dłoniowe w kształcie litery T, anatomiczne, profil 2.0 mm. Płyty z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.

Pytanie nr 4 do pakietu nr 20 do podpunktu nr 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie implantów o następujących parametrach:

Płyty tytanowe do dalszej nasady kości łokciowej pod śruby 2,5 mm, 7-otworowe, anatomiczne, profil 1.6 mm. Płyty z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.

Pytanie nr 5 do pakietu nr 20 do podpunktu nr 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie implantów o następujących parametrach:

Płyty tytanowe do dalszej nasady kości promieniowej pod śruby 2,5 mm, 10 -15 - otworowe, dłoniowe, anatomiczne, profil 1.6 mm. Płyty z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni

Pytanie nr 6 do pakietu nr 20 do podpunktu nr 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie implantów o następujących parametrach:

Śruba blokowana, tytanowa o średnicy 2,5 mm, z otworem heksagonalnym i długościach od 8 mm do 34 mm. Blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk.


Pytanie nr 7 do pakietu nr 20 do podpunktu nr 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie implantów o następujących parametrach:

Śruba korowa, tytanowa o średnicy 2,5 mm, z otworem heksagonalnym i długościach od 8 mm do 34 mm.

Odpowiedź na pytania nr 1 – 7: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z poważaniem,

4-cy Dyrektor
d/s Lecznictwa
lek. Paweł Orzechowski