



Trzebnica, dnia 16.07.2019 r.

ODPOWIEDZI 3

na zapytania dotyczące treści SIWZ

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Zakup i dostawa sterylizatora parowego ze stacją uzdatniania wody wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu** (Nr sprawy: ZP/20/2019/PN) zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Dot. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW. STERYLIZATOR PAROWY ZE STACJĄ UZDATNIANIA WODY

1. Dot. pkt. 8- Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie wyposażone w system automatycznego oczyszczania wytwornicy pary? Zamawiający wymaga, aby wytwornica była zasilana wodą demineralizowaną przy stosowaniu wody o takiej jakości nie jest zasadne stosowanie systemu odmulania, ponieważ woda nie pozostawia osadów a wymóg ten jedynie podnosi cenę zakupu urządzenia oraz ogranicza konkurencyjność postępowania

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie zgadza się z twierdzeniem Wykonawcy. Woda demineralizowana po odparowaniu w wytwornicy pary pozostawia niewielkie ilości soli i te niewielkie ilości, po pewnym czasie pracy wytwornicy z ciągłym uzupełnianiem wody, kumulują się powodując wzrost przewodności wody w tej wytwornicy. Dlatego też wymagany system ogranicza kumulację zasolenia wody w wytwornicy.

2. Dot. pkt. 8- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez automatycznego systemu odgazowywania wody zasilającej wytwornicę pary?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający preferuje sterylizator posiadający system do usuwania z wody rozpuszczonych gazów, które nie są pożądane w procesie sterylizacji (gazy nie ulegające skraplaniu).

3. Dot. pkt. 36- Czy Zamawiający dopuści lekką i energooszczędną komorę o grubości ścian 6 mm ? Proponowana przez nas grubość komory jest stosowana u większości producentów i zapewnia wszystkie wymagane przez Zamawiającego właściwości. Postawienie przez Zamawiającego tak dokładnego wymogu w stosunku do grubości ścian komory wskazuje na konkretne rozwiązanie jednego producenta co jest niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający preferuje konstrukcję energooszczędną. Takie rozwiązania posiadają inni producenci np. Getinge, SMS.

4. Dot. pkt. 49- Prosimy o dopuszczenie urządzenia szerszego o zaledwie 10 cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. dot. pkt 2 - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza sterylizator z przestrzenią serwisową dostępną od frontu urządzenia i jednocześnie od strony załadowniczej z prawej strony komory?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza sterylizator z przestrzenią serwisową dostępną od frontu urządzenia i jednocześnie od strony załadowniczej z prawej strony komory.

6. dot. pkt 25 - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga również dostarczenie zewnętrznego nośnika pamięci USB?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie wymaga dostarczenia zewnętrznego nośnika pamięci USB.

SIWZ

7. **Dotyczy spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie: zdolność techniczna lub zawodowa:**

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę sterylizatora z wyposażeniem (m. in. wózki), o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł. brutto.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w załączniku nr 2.1 do SIWZ (Zestawienie parametrów).

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z poważaniem,


Z-ca Dyrektora
d/s leczenia
lek. Paweł Orzechowski

uof