



SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY

ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica

Tel. 71 312-09-20 Fax. 71 312-14-98

E-mail: sekretariat@szpital-trzebnica.pl

NIP: 915-15-23-806 REGON: 000308761 KRS: 0000033125

www.szpital-trzebnica.pl

Trzebnica, 24.07.2019 r.

ODPOWIEDZI

na zapytania dotyczące treści zaproszenia do składania ofert

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na **sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych** (Nr postępowania ZP/24/2019/ZO). Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1 - dotyczy pakietu nr 6 poz. 1.

Czy w pakiecie nr 6 poz. 1 -Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie mieszaniny trzech różnych czwartorzędowych związków amonowych, o spektrum działania B(łącznie z MRSA), F, V (Polio, Adeno, polyoma, Vaccinia), spory (C. difficile) w czasie do 2 minut., przebadane wg normy 16615, opakowanie - tuba po 100 szt. chusteczek o wym. 14 cm x 20 cm o gramaturze 17g/m² wykonane z polipropylenu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - dotyczy pakietu nr 6 poz. 2.

Czy w pakiecie nr 6 poz. 2 -Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych, o spektrum działania B (łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papowa/ Polyoma - 2 min., przebadane wg normy 16615, posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych, opakowanie-tuba po 100 szt. chusteczek o wymiarach 14 cm x 20 cm o gramaturze 18g/m² wykonane z polipropylenu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - dotyczy pakietu nr 6 poz. 3.

Czy w pakiecie nr 6 poz. 3 -Zamawiający mógłby dopuścić wkład uzupełniający do tuby chusteczek jak w pytaniu nr 2?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - dotyczy pakietu nr 6 poz. 4.

Czy w pakiecie nr 6 poz. 4 -Zamawiający mógłby dopuścić suche bezwłóknowe chusteczki wykonane z wysokiej jakości, nie pozostawiającej kłaczek nietkanej mieszany włókien syntetycznych (poliester) do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o wymiarach 32 cm x 30 cm i gramaturze 50g/m², w opakowaniach zawierających 100 szt. chusteczek, zarejestrowane jako wyrób medyczny?


lub

suche chusteczki wykonane z wysokiej jakości nietkanego materiału (poliester), pakowane po 120 chusteczek o wymiarach 17 x 36 cm, o gramaturze ok. 48g/m² (tolerancja +/-5%), zarejestrowane jako wyrób medyczny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza suche chusteczki wykonane z wysokiej jakości nietkanego materiału (poliestru), pakowane po 120 chusteczek o wymiarach 17 x 36 cm, o gramaturze ok. 48g/m² (tolerancja +/-5%), zarejestrowane jako wyrób medyczny.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część zaproszenia do składania ofert i dotyczą wszystkich Oferentów biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi. W przypadku, gdy Oferent zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.

Z poważaniem,

*Z-ca Dyrektora
d/s leczenia*

lek. Paweł Orzechowski