



SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY

ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica

Tel. 71 312-09-20 Fax. 71 312-14-98

E-mail: sekretariat@szpital-trzebnica.pl

NIP: 915-15-23-806 REGON: 000308761 KRS: 0000033125

www.szpital-trzebnica.pl

Trzebnica, 26.08.2019 r.

ODPOWIEDZI NR 2

na zapytania dotyczące treści zaproszenia do składania ofert

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na **sukcesywną dostawę bielizny szpitalnej** (Nr postępowania ZP/27/2019/ZO). Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1 - dotyczy pakietu nr 2 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kręgosłupa w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem U wzmocniona 225 cm x 260 cm wycięcie 10 cm x 100 cm

1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm z paskami samoprzylepnymi dzielonymi 15 cm + 70 cm + 15 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². W serwecie z wycięciem U wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarze 110 x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m². Zdolność absorpcji cieczy 370%, odporność na przenikanie cieczy powyżej 125 cm H₂O. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu brak piktogramu potwierdzającego, że zestaw nie zawiera lateksu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - dotyczy pakietu nr 2 poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii stawu kolanowego w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Odporność na przenikanie cieczy 125 cm H₂O. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu brak piktogramu potwierdzającego, że zestaw nie zawiera lateksu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - dotyczy pakietu nr 2 poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m², kolor zielony, rękawy proste, oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki

naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem? Odporność na przenikanie cieczy 36 cm H₂O. na opakowaniu brak piktogramu potwierdzającego, że zestaw nie zawiera lateksu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - dotyczy pakietu nr 2 poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii w następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta do laparoskopii 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm otoczonym folią operacyjną, z dwoma 2-komorowymi torbami na narzędzia, z osłoną podpórek kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Zdolność absorpcji cieczy 340%, odporność na przenikanie cieczy 125 cm H₂O. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu brak piktogramu potwierdzającego, że zestaw nie zawiera lateksu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 - dotyczy pakietu nr 2 poz. 5.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 120 x 150 cm z otworem owalnym samoprzylepnym o wymiarach 7 x 10 cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m².

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część zaproszenia do składania ofert i dotyczą wszystkich Oferentów biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi. W przypadku, gdy Oferent zaferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.

Z poważaniem,


Z-ca Dyrektora
d/s Lecznictwa
J. K. Przechowski